

# 仕様書

(機器構成表)

1 件名 ベッドパンウォッシャー

2 物品名・仕様及び数量

以下の【A】または【B】のうち、いずれかの仕様を満たすものであること。

## 【A】

メーカー	品 名	規 格 等	数 量
	ベッドパンウォッシャー 【構成内訳】		13式
モレーンコーポレーション	ベッドパンウォッシャー ※オプションラックは本体に含む	AJ-FD1810 FS 50	13

## 【B】

メーカー	品 名	規 格 等	数 量
	ベッドパンウォッシャー 【構成内訳】		13式
小川医理器	ベッドパンウォッシャー リンス剤 洗浄バスケット L スライド式	TOPLINE20AT SK-22E N TL-BKSL	13 13 13

3 装置の条件等

### (1) 装置の条件等

ア 入札機器のうち医療機器に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法（改正薬事法）に定められている製造承認を得ている物品であること。

イ 納入までの間に新機種開発によりモデルチェンジまたは機能増強され、千葉市（以下、「本市」という。）が把握していた機能や設置条件等に変更が生じる可能性がある場合、速やかにその事由を当院に報告し、本市との協議に応じること。

ウ 搬入及び据付工事の実施日時は、本市と受注者とで協議して定めるものとする。

エ 機器の搬入及び据付に必要な箇所の養生を行うこと。またその費用（材料、敷設及び撤去）は受注者の負担とすること。

オ 機器が正常稼働するために本市が用意する一次側設備（電源・空調・給排水等）以外に工事・設置調整が必要となる場合は、納入業者の負担として本入札金額の範囲内で整備対応すること。

カ 建設工事期間中に装置の搬入を行う場合は、建物本体工事施行業者の定める規則に従い行うこととする。また、本市とで詳細を打ち合わせの上、搬入計画を速やかに提出し、その内容について了承を得てから実施すること。

キ 建設工事期間中に機器関連工事を行う場合は、建物本体工事施行業者と十分協議の上、工事上また工程上で支障のないものとすること。また、必要に応じて供給者側（受注者側）で養生等を用意し、一次側設備等の破損の無いようにすること。

ク 機器が完全に稼働するために必要な運搬・据付・配線のために必要な費用は、全て受注者の負担とすること。

ケ 納入後においても、装置に必要な消耗品及び物品の安定供給が確保されること。

コ その他仕様書に記載のない事項については、適宜本市との協議に応じること。

### (2) サポート・障害支援体制

ア 機器の無償保証期間は、納入検査完了日から1年間とする。

イ 無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・定期交換部品費等、全ての費用を無償とすること。ただし、消耗品や事務用品を除くものとする。

ウ 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制であること。

エ サポート体制は、病院運用に支障をきたさないよう営業担当者もしくはサポートセンターにて一次対応を行うこと。

オ 機器取扱に関しては、病院医療職が技術を習得するまで十分教育訓練を行い、本市が指定する日時、場所で行うこと。

カ 機器の試運転及び取扱い説明に関する導入時教育訓練のための消耗品等は受注者の負担において用意すること。

キ 機器の取扱説明書（操作マニュアル）は、日本語版を1部以上用意すること。

ク 納入後一定期間は、機器稼動時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼動性能を確認するとともに病院医療職の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、本市と協議すること。

4 納入期限

令和8年8月31日（月）まで

5 納入場所

（仮称）千葉市立幕張海浜病院

1階救急外来、中央処置室／2階ICU、HCU／3階MFICU、産科婦人科病棟、新生児乳幼児病棟／4階A、B、C、D病棟／5階A、C病棟 各汚物室

千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部

6 その他

その他不明な点については、本市と協議の上、実施すること。