

仕様書

(機器構成表)

1 件名 温度監視システム

2 物品名・仕様及び数量

以下の【A】または【B】のうち、いずれかの仕様を満たすものであること。

【A】

メーカー	品名	規格等	数量
チノー株式会社	温度監視システム		1式
	【内訳】		
	無線ロガー受信器	MD800R-00L	4
	無線ロガー送信器	MD8114-P00	15
	トレーサビリティシステム証明書	SPN-223	1
	取付ホルダ受信器用	MD902R	4
	取付ホルダ送信器用	MD9021	15
	温度センサー	R907-33	15
	検査成績書15部・トレーサビリティ証明書	TU-210、TU-223	1
	無線ロガーアプリケーションソフト	MD800A-00L	1
	デスクトップコンピューター キーボード・マウス含む	FMVD62013P	1
	ディスプレイ		1
	無停電電源装置		1
	インサネットスイッチ		1
	インサネットケーブル		3
	ネットワーク監視表示灯	NHV4	2
	警報接点接続ケーブル		1
	ドキュメント費		1
	セットアップ(社内・現地)取扱説明		1
	諸経費、出張、交通費		1
	LAN配線		1式
	①管理PC(2F) → 人工心肺準備室(2F)		
	②管理PC(2F) → ICU準備室(2F)		
	③管理PC(2F) → NICU準備室(3F)		
	2芯線配線		1式
	④管理PC → 当直室(2F)		

【B】

メーカー	品名	規格等	数量
株式会社テストー	温度監視システム		1式
	【内訳】		
	Saveris1 CFRソフトウェア(3年)ライセンス		1
	ベーシックヘルプデスク+保守(3年間)		1
	testo Saverisベース V3.0		
	テーブルトップスタンド(ベース、ゲートウェイ用)		
	testo 150/ベース/ゲートウェイ用ACアダプタ		
	testo UltraRnageゲートウェイ		8
	testo UltraRnage通信モジュール(ゲートウェイ用jp)		8
	testo Saveris Base/Geteway用マグネット(3庫入り)		8
	testo150 TUC4(TUC×4ch)		14
	testo UltraRnage通信モジュール(testo150用jp)		14
	testo 175/176用マグネット(φ20mm×2)		14
	Pt100 デジタル低温プローブ5m		15
	プローブブラケット		15
	TUC 延長ケーブル(2m)		2
	基本温度校正-冷蔵温度帯(校正点:0/+5/+10℃)		15
	ネットワークシグナルライト		3
	デスクトップコンピューター		1
	キーボード、マウス、ディスプレイ		1
	testo Saveris設置・設定費用		1

Getaway設置・設定費用/台	8
プローブ設置・設定費用/本	15
ネットワークシグナルライト設置・設定費用	3
testo Saverisバリデーション基本費用(文書作成含む)	1
プローブバリデーション費用/本	15
エンジニア派遣費用/交通費	9
諸経費	
LAN配線	1式
①管理PC(2F) → 人工心肺準備室(2F)	
②管理PC(2F) → ICU準備室(2F)	
③管理PC(2F) → NICU準備室(3F)	
2芯線配線	1式
④管理PC → 当直室(2F)	

3 装置の条件等

(1) 装置の概要及び条件等

- ア 入札機器のうち医療機器に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法(改正薬事法)に定められている製造承認を得ている物品であること。
- イ 納入時における全てのソフトウェアおよびハードウェアは、最新バージョンで提供すること。無償保証期間中にソフトウェアのバージョンアップがある場合は対応すること。
- ウ 納入までの間に新機種開発によりモデルチェンジまたは機能増強され、千葉市(以下、「本市」という。)が把握していた機能や設置条件等に変更が生じる可能性がある場合、速やかにその事由を本市に報告し、協議に応じること。
- エ 搬入及び据付工事の実施日時は、本市と受注者との協議して定めるものとする。
- オ 機器の搬入及び据付に必要な箇所の養生を行うこと。またその費用(材料、敷設及び撤去)は受注者の負担とすること。
- カ 機器が正常稼働するために本市が用意する一次側設備(電源・空調・給排水等)以外に工事・設置調整が必要となる場合は、受注者の負担として本入札金額の範囲内で整備対応すること。
- キ 機器が完全に稼働するために必要な運搬、据付、配線のために必要な費用は、全て受注者の負担とすること。
- ク 納入後においても、装置に必要な消耗品及び物品の安定供給が確保されること。
- ケ その他仕様書に記載のない事項については、適宜本市との協議に応じること。

(2) サポート・障害支援体制

- ア 機器の無償保証期間は、納入検査完了日から1年間とする。
- イ 無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・定期交換部品費等、全ての費用を無償とすること。ただし、消耗品や事務用品を除くものとする。
- ウ 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制であること。
- エ サポート体制は、病院運用に支障をきたさないよう営業担当者もしくはサポートセンターにて一次対応を行うこと。
- オ 機器取扱に関しては、病院医療職が技術を習得するまで十分教育訓練を行い、本市が指定する日時、場所で行うこと。
- カ 機器の試運転及び取扱い説明に関する導入時教育訓練のための消耗品等は受注者の負担において用意すること。
- キ 機器の取扱説明書(操作マニュアル)は、日本語版を1部以上用意すること。
- ク 納入後一定期間は、機器稼働時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼働性能を確認するとともに病院医療職の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、本市と協議すること。

(3) 固定資産管理支援

- ア 受注者は、本市の固定資産台帳登録に必要な事項を入力したデータを契約締結後すみやかに下記メールアドレスまで提出すること。(別途本市が指示する様式を使用し、「xlsx」形式にて提出すること。構成内容に複数機器がある場合、組み合わせて一体として機能する機器については、原則としてそれらの合計額を一つの資産として入力すること。例外として、セットで取得したものであっても、個別に機能し、かつ単品で買い替えが想定されるものについては、個々の単価で入力すること。)

病院局経営企画課メールアドレス:kikaku.HO@city.chiba.lg.jp
- イ 受注者は、納入時に管理用の備品シールを、原則として物品1個につき1枚用意し貼付すること。(備品シールは、本市が指定する規格品を受注者負担の上用意すること。シールに記載する年月日等の項目やシールの貼付場所は別途本市より指示するものとする。)

4 納入期限

令和8年9月18日

5 納入場所

千葉市立幕張海浜病院 2階検査部、2階人工心肺準備室、2階ICU、3階NICU
千葉市美浜区若葉3丁目1番地27

6 その他

その他不明な点については、本市と協議の上、実施すること。

連絡先

千葉県病院局経営企画課開院準備班
千葉県千葉市中央区千葉港1番1号(高層棟4階)
電話 043-245-5741