

# 仕様書

(機器構成表)

1 件名 耳鼻科診療ユニット他一式

2 物品名・仕様及び数量  
以下の【A】または【B】のうち、いずれかの仕様を満たすものであること。

## 【A】

メーカー	品名	規格等	数量
第一医科株式会社	耳鼻科診療ユニット 【構成内訳】 ・本体 スプレー3本 コンプレッサ・吸引モータ内蔵 通気あり 喉頭鏡ヒーターあり ツインポール・照明灯付き 吸引瓶ディスポ仕様(推奨:セレス吸引バッグ1L) 吸引(滑車式)	きらら EFUS01	3
	・ユニット用中間棚		1
	・鼻内視鏡収納用ホルダー Eホルダー		3
	・壁取付用ガイドレール		3
	・モニターアーム (高荷重タイプ)	ARM2-12AP50	1
	耳鼻科診療ユニット 【構成内訳】 ・本体 スプレー2本 コンプレッサ・吸引モータ内蔵 通気あり 喉頭鏡ヒーター無し ポール無し・照明灯無し 吸引瓶ディスポ仕様(推奨:セレス吸引バッグ2L) 吸引(滑車式)	SPIKAL SD130Air	2
	顕微鏡 【構成内訳】 ・手術用双眼顕微鏡 支柱取付タイプ	SN-PN1 20309100	1
	・LED光源装置 顕微鏡取付タイプ 光量調整機付き	SL-12 20349200	1
	・スリーブ 49φ	20339100	4
	・ファーストスコープ08型	EFM08J	1
	・マイクロ用支柱取付金具延長型		1
	・モバイルワークスタンド2(送料込み)	MWS2-PWK-57	2
	患者椅子 【構成内訳】 ・本体 電動昇降 電動寝起 電動/手動左右回転 キャスター機能付き	いやし EFTC01C	2
	・FTCメタルACコードCN-UN 新一新		1
	・FTC用Bタイプ中継ケーブル フットスイッチ経由		1
	・EFTC/FTC3PプラグACコードN 新タイプ		1
	・送料 移設設置費用		1
その他備品 【構成内訳】 機械/バット きらら用		3	
直結スプレーFSPO 直太(瓶なし)		13	
スプレーFSPO用 オート対応薬液瓶(口金付)		13	

## 【B】

メーカー	品名	規格等	数量
永島医科器械株式会社	耳鼻科診療ユニット 【構成内訳】 ・本体(ENTユニットエミネントブルー天板幅835mm)	20240004	3
	・薬瓶台 支柱取付型一式エミネント,EX,EX230,2型 薬瓶(白6茶7)綿棒管1	20124902	3
	・額帯反射用電灯一式 ユニット/電灯用(支柱φ50)	20124901	3
	・センター支柱 φ50キャップ無	20115500	1

	・受金具 φ50 センター支柱用	20115501	1
	・キャップ φ50 センター支柱用	20115502	1
	・液晶アーム φ50 高荷重タイプ 受架台付	20115610	1
	・支柱間用架台 要機種指定	20190610	1
	・SNユニットミニックス 標準仕株	20109100	2
	顕微鏡		
	【構成内訳】		
	・手術用双眼顕微鏡 SN-PN1 支柱取付タイプ	20309100	2
	・LED光源装置 SL-12 顕微鏡取付タイプ光量調整機能付	20349200	2
	・スリーブ 43、48、49、50φ	20339100	4
	患者椅子		
	【構成内訳】		
	・本体 SN-X APSC 均等回転 電動回転 電動2関節支頭器 キャスター	20202114	2
	・SN-X/XⅡ用レザー標準色(ブルー)	20205110	2
	・SN-X/XⅡ用 電源中継コード2.5m	20234310	2
	・SN-X/XⅡ用 信号中継コード2.5m	20234510	2
	・SN-X/XⅡ用フットスイッチ(A仕様用) 昇降 回転 オートリターン 丸型	20236102	2
	搬入設置	90180000	1

### 3 装置の条件等

#### (1) 装置の概要及び条件等

- ア 入札機器のうち医療機器に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法(改正薬事法)に定められている製造承認を得ている物品であること。
- イ 納入時における全てのソフトウェアおよびハードウェアは、最新バージョンで提供すること。無償保証期間中にソフトウェアのバージョンアップがある場合は対応すること。
- ウ 納入までの間に新機種開発によりモデルチェンジまたは機能増強され、千葉市(以下、「本市」という。)が把握していた機能や設置条件等に変更が生じる可能性がある場合、速やかにその事由を本市に報告し、協議に応じること。
- エ 搬入及び据付工事の実施日時は、本市と受注者との協議して定めるものとする。
- オ 機器の搬入及び据付に必要な箇所の養生を行うこと。またその費用(材料、敷設及び撤去)は受注者の負担とすること。
- カ 機器が正常稼働するために本市が用意する一次側設備(電源・空調・給排水等)以外に工事・設置調整が必要となる場合は、受注者の負担として本入札金額の範囲内で整備対応すること。
- キ 機器が完全に稼働するために必要な運搬、据付、配線のために必要な費用は、全て受注者の負担とすること。
- ク 納入後においても、装置に必要な消耗品及び物品の安定供給が確保されること。
- ケ その他仕様書に記載のない事項については、適宜本市との協議に応じること。

#### (2) サポート・障害支援体制

- ア 機器の無償保証期間は、納入検査完了日から1年間とする。
- イ 無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・定期交換部品費等、全ての費用を無償とすること。ただし、消耗品や事務用品を除くものとする。
- ウ 保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制であること。
- エ サポート体制は、病院運用に支障をきたさないよう営業担当者もしくはサポートセンターにて一次対応を行うこと。
- オ 機器取扱に関しては、病院医療職が技術を習得するまで十分教育訓練を行い、本市が指定する日時、場所で行うこと。
- カ 機器の試運転及び取扱い説明に関する導入時教育訓練のための消耗品等は受注者の負担において用意すること。
- キ 機器の取扱説明書(操作マニュアル)は、日本語版を1部以上用意すること。
- ク 納入後一定期間は、機器稼働時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼働性能を確認するとともに病院医療職の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、本市と協議すること。

#### (3) 固定資産管理支援

- ア 受注者は、本市の固定資産台帳登録に必要な事項を入力したデータを契約締結後すみやかに下記メールアドレスまで提出すること。(別途本市が指示する様式を使用し、「xlsx」形式にて提出すること。構成内容に複数機器がある場合、組み合わせとして機能する機器については、原則としてそれらの合計額を一つの資産として入力すること。例外として、セットで取得したものであっても、個別に機能し、かつ単品で買い替えが想定されるものについては、個々の単価で入力すること。)  
病院局経営企画課メールアドレス:kikaku.HO@city.chiba.lg.jp
- イ 受注者は、納入時に管理用の備品シールを、原則として物品1個につき1枚用意し貼付すること。  
(備品シールは、本市が指定する規格品を受注者負担の上用意すること。シールに記載する年月日等の項目やシールの貼付場所は別途本市より指示するものとする。)

4 納入期限

令和8年8月31日

5 納入場所

千葉市立幕張海浜病院 1階耳鼻科外来診察室、4階C病棟耳鼻科処置室  
千葉市美浜区若葉3丁目1番地27

6 その他

その他不明な点については、本市と協議の上、実施すること。

連絡先

千葉市病院局経営企画課開院準備班  
千葉県千葉市中央区千葉港1番1号(高層棟4階)  
電話 043-245-5741