

## 委託仕様書

1 委託名称 令和7年度マイクロピペット保守点検業務委託

2 委託期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで

3 履行場所 千葉市若葉区大宮町3816番地（千葉市環境保健研究所）

### 4 業務内容

環境保健研究所で所有するマイクロピペットについて、メーカーによるJCSS校正（通常校正）または通常検定を実施する。

#### 点検対象機器

エッペンドルフ社製ピペット ・・・計78本

#### 機器内訳

製品名	種別	容量	数量(本)	点検内容
Xplorer plus	電動ピペット(シングル)	10 $\mu$ L	4	JCSS (通常校正)
		100 $\mu$ L	3	
		300 $\mu$ L	2	
		1000 $\mu$ L	4	
		5mL	2	
Xplorer	電動ピペット(シングル)	300 $\mu$ L	1	JCSS (通常校正)
Reference2	容量可変ピペット(8ch)	100 $\mu$ L	4	JCSS (通常校正)
		300 $\mu$ L	1	
	容量可変ピペット(シングル)	10 $\mu$ L	11	JCSS (通常校正)
		20 $\mu$ L	1	
		100 $\mu$ L	17	
		200 $\mu$ L	5	
		1000 $\mu$ L	16	
		5mL	4	
		10mL	1	
リザーブラスM	容量可変ピペット(8ch)	10 $\mu$ L	2	通常検定
合計			78	

## 5 報告書

受注者は、作業完了後に業務完了報告書及び試験成績書（J C S S 校正証明書、点検報告書等を含む）を発注者に速やかに提出すること。

なお、通常検定の機器にあたっては、機器ごとに検定に用いた基準器の校正証明およびトレーサビリティ一体系図を提出すること。

## 6 支払い条件 完了払い

## 7 その他

本仕様書に定める事項以外について、または、疑義が生じた場合は、予め発注者と協議の上決定すること。