

千葉市稲毛いきいきプラザ外ヘルストロン更新業務委託仕様書

- 1 委託名 千葉市稲毛いきいきプラザ外ヘルストロン更新業務委託
- 2 委託場所 稲毛いきいきプラザ 千葉市稲毛区稲毛東6-19-1
美浜いきいきプラザ 千葉市美浜高洲3-5-6
- 3 委託期間 契約日の翌日から120日間
- 4 委託内容 稲毛いきいきプラザ、及び美浜いきいきプラザに設置されているヘルストロンは設置後、年数を経過し機能が低下していることから、稲毛いきいきプラザの6台、美浜いきいきプラザの1台について更新する。更新する台数と同数を処分することとし、処分するものは市が指定する。処分については適切に行うこととする。

5 仕様

- (1) 参考規格 スカイウェルS W900H-pc型
同等品で参加の場合は、入札日時の3日前（土、日、休日を除く。）までに高齢福祉課へ質問書により協議して下さい。協議がない場合の入札は無効とします。
質問書は入札参加通知書と同送します。

(2) 機器の概要

ア 福祉施設用交流高圧電位治療器

- (ア) 定格電圧 AC100V
- (イ) 定格消費電力 最大27W
- (ウ) 定格周波数 50-60Hz
- (エ) 重さ 37kg以下
- (オ) サイズ 高さ1,480mm以下 幅750mm以下 奥行1,190mm以下
- (カ) 出力電圧 固定式9,000V以下（実効値）
- (キ) タイマー 設定時間固定式（10分、15分、20分、30分）

イ 検電器

- (ア) 使用中の方に通電していることが確認できる機器
- (イ) サイズ 縦150mm以下 横32mm以下 厚さ25mm以下
- (ウ) 重さ 65g以下（電池含む）
- (エ) 電池 単4型（2本）使用

(3) 機器の条件

- ア 「医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」に遵守して製造されていること
- イ 一般家庭用（在宅用）ではなく業務用（施設用）であること

ウ 段差の少ない乗り降りし易いバリアフリー構造であり、移動が容易なキャスター付の機器であること

エ 施設での使用に適した以下の仕様になっていること

(ア) デジタルタイマー付きで、設定時間を30分以内に固定できること

(イ) 使用者がタイマーの設定時間を変更できない仕様であること

(ウ) 音（耳）、振動（体）、ランプ（目）で終了を表現できる装置付であること

(エ) 安全に乗り降りする為の純正の手すりが取付け可能なこと

(オ) 3電極方式（利用者と外部の人や物との接触時に電氣的刺激が少ない）

オ 繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工レザー素材であること

(4) 導入後の条件

ア 機器導入後、1年間の保証（納品時に保証書添付）があり、無償保守点検を実施すること

イ 無償期間終了後は保守業務委託契約（定期保守点検、部品交換無償含む）を締結できること

ウ 本件の納入物件について、修理、部品の提供等アフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できる体制を有していること

6 一般事項

(1) 受注者は、本委託の履行に当たり、日本国の法令を順守し、本仕様書等に定められた項目を確実に履行すること。

(2) 受注者は、業務の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その旨を速やかに発注者に報告する。なお、発注者の責任に帰する場合は、受注者がその賠償の責任を負う。

(3) 本市では、千葉市環境マネジメントシステム（C-EMS）を運用し、省資源・省エネルギーの推進、3R（発生抑制、再使用、再生利用）活動の推進及びグリーン購入の推進等、環境負荷の軽減に関する取組みを行っていることから、本委託の履行においても、可能な範囲で、環境に配慮して作業を実施すること。

(4) 業務着手に先立ち、施設管理者に工程説明を行い、承諾を得ること

(5) 本仕様書及び契約書に定めがない事項のうち、本委託を行うにあたり必要と思われる事項については受注者の責任で行なうものとし、それ以外は発注者と受注者と協議の上定めるものとする。

(6) 施設は市民が利用しているため、委託期間中の安全管理には十分注意すること。

(7) 本委託の履行にあたり、施設運営上支障のないよう、施設のスケジュール・要望等を確認し、綿密な施工計画により工程管理を行うこと。

(8) 業務遂行により知り得た情報について、守秘義務を負うこと