

入札説明書に対する質問回答書

件名

火災原因調査で使用する分析機器賃貸借（長期継続契約）

質問事項

回答

質問1

仕様書 6 設置（5）

「メーカー等によるアフターサービスおよびメンテナンス体制の整備」が記載されていますが、体制を整備するだけでよく、障害が発生した場合は契約とは別途に費用負担は借借人との認識で良いか教えてください。

アジレント・テクノロジー株式会社のサポートサービスである官公庁向けの CrossLab ブロンズ同等の保守対応を想定しております。

上記保守で対応不可なものについては、消防局と契約会社で要相談事項となります。

質問2

仕様書 7 保証期間等（1）

「保証期間は、履行開始から 60 ヶ月」との記載に関してです。

通常メーカー保証期間は1年間ですが、60 ヶ月のメーカー保証期間が必要なのか教えてください。

7 保証期間（1）は動産総合保険についての記載になります。

質問3

仕様書 7 保証期間等（2）

ガスクロマトグラフは、点検回数の指定がありますが、その他の機器は点検不要との認識でよいか教えてください。

「仕様書 4 賃貸物件一覧（1）機器の構成」に記載のガスクロマトグラフ、質量分析計、液体オートサンプラー、ヘッドスペースサンプラの点検を想定しています。

質問4

仕様書 7 保証期間等

赤外分光光度計、制御及びデータ解析装置二式の保守は契約対象外との認識でいいか教えてください。

お見込みのとおりです。

質問5

契約終了時の機器処分

契約終了時の機器の解体、回収の費用負担が借借人、借借人のどちらか教えてください。

契約終了時に要相談事項となります。

なお、本契約には機器処分費は含めない金額としてください。