

仕様書に関する質問回答書

件名	高規格救急自動車 3台	
質問事項	回答	
<p>P 1. 第1 総則</p> <p>3. 受注者は、契約締結後14日以内に当局と製作に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき30日以内に製作承認図を作成して提出し、承認を受けた後に製作すること。但し、当局が認めた場合はこれを延長することができる。</p> <p>とありますが、制作承認図は納期から換算しての作成となる為、当初より30日以内の製作承認図の作成は難しい状況になってしまっていますが宜しいでしょうか。</p> <p>また、新型コロナウイルスの関係で契約締結後14日以内に架装業者の担当が名古屋から千葉に来られない等の理由により、製作に関する詳細な協議を行えない場合は、期日を延長していただける要因の対象となりますか。</p>	<p>仕様書第1-3のとおり</p> <p>契約後、当局が認めた場合は延長することができます。この判断には、感染症対策に伴う要因も含まれます。</p>	
<p>P 1. 第2 提出書類及び検査</p> <p>1 製作承認図書</p> <p>(5) 各収納ボックス製作図</p> <p>(6) 防振架台取付図</p> <p>は承認図にての確認で宜しいでしょうか。</p>	<p>製作承認図書において確認できる図面を添付してください。</p>	
<p>P 4 第4 車両のぎ装及び電気機器</p> <p>1 車両のぎ装</p> <p>(11) 救命浮環(ライフボールS又は同等品)は運転席後に固定ベルトを設けて積載すること。但し、構造上不可能な場合なものにあつては別途協議とすること。</p> <p>とありますが、構造上不可な為、固定ベルト無しの積載となりますが宜しいでしょうか。</p>	<p>仕様書第4-1(11)のとおり</p> <p>ライフボールSであれば固定ベルト無しでの積載を認めますが、同等品であれば別途指示します。</p>	
<p>P 6. 第4 車両のぎ装及び電気機器</p>	<p>車両右面への設置を検討してください。</p>	

2 電気機器

(22) 車両右後部にマグネットコンセントを設け、商用電源から接続して全自動電子バッテリー管理器(SA-12PX)によりバッテリー充電が行える構造であること。

とありますが、本年5月車両改良により車外騒音規制対応した為、マフラー(排気管)の位置が右後タイヤの後方より側方出しとなった為、構造上車両右後部にマグネットコンセントを設けることができなくなりました、車両左後部でも宜しいでしょうか。

P7. 第5 塗装及び記入文字

1. 塗装

(1) 車体外部の塗装は白色とし、前面には両側面及び後面に貼り付ける反射材と同幅の赤色帯を塗色すること。

とありますが、両側面及び後面に貼り付ける反射材幅が76mmで、前面には赤色塗色でなく70mm幅の赤色シート(シール)の貼り付けでもよろしいでしょうか。

その場合、70mm幅と76mm幅とのつなぎ部分は違和感のないように76mm幅の反射材の先端を加工いたします。

P10. 別表 取付品及び付属品

番号33 品名 レスキュー工具 数量1式

摘要

当該社オプション品、無い場合は、釘抜きバール1、万能斧1、ガラスカッター1、シートベルトカッター1、ボルトクリッパー1とありますが、本年5月車両改良により車両重量が増加した為、右フロントタイヤの荷重も増加した為、レスキュー工具はバックに収納しての搭載となります。

P10. 別表 取付品及び付属品

番号43 品名 聴診器 数量3基 摘要
・高感度聴診器

リットマンマスターカーティオロジーⅣ(チューブの色はバーガンディー)又は同等品とありますが、リットマンマスターカーティオロジーⅣのチューブの色バーガンディー

不可能であれば、車両左後部の設置を認めますが、「充電中」と明記したサイドミラー吊り下げプレートを付属してください。

前面を塗色ではなく70mm幅の赤色シートを貼り付け、塗色の代用とすることを可とします。

摘要を網羅し搭載可能であれば可とします。

バーガンディー色以外での納品を可としますが、採用する色は当局と協議願います。

<p>は販売を終了している為、別の色での納入となりますが宜しいでしょうか。</p> <p>P12. 別表 取付品及び付属品 番号72 品名 感染防止衣(上下) 数量 24着 摘要 リューザブルタイプ(仕様は別途指示) とありますが、新型コロナウイルスの関係で感染防止衣の需要増加による品薄の状態が続いておりますが、納入に関する期間の猶予等は可能でしょうか。</p> <p>P12. 別表 取付品及び付属品 番号78 品名 自動体外式除細動器(二相性) 一体型患者監視装置 数量1式 摘要 使い捨てパッド(P-721) 3 とありますが、パッド10組入り1箱×3の解釈で宜しいでしょうか。</p> <p>本年5月車両改良により車両重量が増加した為、右フロントタイヤの荷重が増加した為、標準ジャッキ&工具は車両左後方の横向き席シート下の収納スペースへ移設となります</p> <p>本年5月車両改良によりリヤアンダーミラーは廃止となりました。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>原則として契約期間内での納品としてください。ただし、期間内での納品が困難であることが明白になった時点で、当局と協議願います。</p> <p>使い捨てパッド10組/箱を3箱納品してください。</p> <p>製作承認図書において確認できる図面を添付してください。</p> <p>製作承認図書において確認できる図面を添付してください。</p>
---	---

※ 仕様書に関する質問は、本様式にて、入札説明書に定めた期限までに、契約課宛て電子メールにて提出してください。

[契約課アドレス: keiyaku.FIA@city.chiba.lg.jp]

※ 電子メールの件名は、【WTO質問】物品:(案件名) としてください。